

معمل تحاليل السموم والمخدرات – كلية الطب البشري

مدير المعمل : ا.د/ نيرمين عدلي

الشركة	الموديل	الغرض من الجهاز	تاريخ التشغيل	اسم الجهاز	اسم الجهاز	بلد المنشأ	صورة الجهاز
DIASYSTEM	CD	-تحديد نسبة الأدوية العلاجية في الدم و البول therapeutic drug level -تحديد نسبة جميع أنواع المخدرات في الدم و البول quantitative ) confirmatory drug assay)	2019	تحليل الأدوية	Automatic Drug analyzer	السويد	
osmetech	CCA	-قياس نسبة الغازات في الدم -قياس حموضة الدم -قياس نسبة الصوديوم و البوتاسيوم الكالسيوم	2019	جهاز قياس نسبة غازات الدم	Blood gas analyzer	أمريكا	
Melet	Ms4e	-تحليل صورة دم كاملة CBC	2019	تحليل صورة الدم الكاملة	Blood analyzer	ألمانيا	
tridema	Coagulation system	تحليل سيولة الدم (البروثرومبين – الثرومبوبلاستين- النسبة المعيارية للتحثر) (PT-PTT-INR)	2019	جهاز قياس سيولة الدم	Coagulation profile	إيطاليا	
Biomed	MB3000	-قياس وظائف الكبد كاملة وظائف الكلى (Urea-creatinine-GFR) -قياس نسبة (الصوديوم و البوتاسيوم- الكالسيوم ( في الدم (Na-K- Ca) -قياس نسبة الكولين استراز (cholinesterase essay) قياس نسبة السكر في الدم ( blood glucose level)	2019	Biochemistry analyzer	جهاز كيمياء الدم	الصين	

وحدة المعامل والأجهزة العلمية

قطاع الدراسات العليا والبحوث

جامعة بنها